INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y
GESTIÓN DE RIESGOS

O F I C I O

S/REF.

N/REF. EC 122/1 rev.11

FECHA Ver pie de firma

ASUNTO **NOTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ALCANCE DE LA HABILITACIÓN DE ECAH**

TENTAMUS LAB, S.L.U.
Parque Científico y Tecnológico de Almería - C/ Albert Einstein, 7 - A-7 Salida 460 - EL ALQUIAN
04131, ALMERÍA (ALMERÍA)

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA DE: "TENTAMUS LAB, S.L.U.".

Con fecha 16 de octubre de 2026 la Directora General del Agua, ha firmado la siguiente resolución:

La entidad TENTAMUS LAB, S.L.U., se incorporó al Registro Especial de las Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica (en adelante, ECAH) como Laboratorio de Ensayo y Organismo de Inspección por Resoluciones del Secretario de Estado de Medio Ambiente (en adelante, SEMA) con fechas 13 de diciembre de 2010 y 24 de junio de 2011, conforme a lo dispuesto en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración Hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico.

Posteriormente, mediante resolución del SEMA de fecha 08 de marzo de 2021, se acordó la revocación de su inscripción como Organismo de Inspección.

Con la entrada en vigor de la Orden TED/739/2025, de 19 de junio, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de aprovechamientos y protección de las aguas del dominio público hidráulico, y en aplicación de su disposición transitoria única, las entidades colaboradoras que, de acuerdo con la Orden MAM/985/2006, estén en posesión del título de idoneidad y figuren inscritas en el Registro, podrán continuar realizando las actividades correspondientes durante un plazo de dos años desde la fecha de vigencia de la nueva orden. Durante este periodo, las entidades deberán adaptar su régimen jurídico y operativo a lo establecido en la Orden TED/739/2025.

El 05 de agosto de 2024, la ECAH solicitó la renovación de su título, con carácter previo a la entrada en vigor de la Orden TED/739/2025. Posteriormente, tras la entrada en vigor de dicha Orden, la ECAH procedió a adaptar su solicitud a los nuevos requisitos establecidos en la misma, en particular a lo dispuesto en su artículo 9, relativo a la acreditación de los requisitos técnicos para el otorgamiento del título de ECAH.

Asimismo, en el marco de este procedimiento de adaptación, la entidad ha comunicado un cambio en su denominación social, pasando de "LABORATORIO ANALITICO BIOCLINICO, S.L.U." a "TENTAMUS

CORREO ELECTRÓNICO
entidades_colaborado@miteco.es

Pza. SAN JUAN DE LA CRUZ, 10
28071 MADRID
TEL 915 976304

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

LAB, S.L.U", así como la actualización de sus acreditaciones, que incluye las nuevas acreditaciones aprobadas por la Entidad Nacional de Acreditación (en adelante, ENAC), que se indican a continuación:

LABORATORIO DE ENSAYO en Almería (Almería) - Nº 493/LE1255 Rev.41 de 10/03/2026

Por lo tanto, estudiada la documentación aportada procede modificar el alcance de la habilitación como LABORATORIO DE ENSAYO, quedando definido de la siguiente manera:

ALCANCE DE LA HABILITACIÓN DE LA ECAH " TENTAMUS LAB, S.L.U.":

1. Realización de la toma de muestras y certificación de los resultados analíticos obtenidos en relación con los ensayos recogidos en el Anexo I, de conformidad con lo establecido en la Orden TED/739/2025.

2. Colaboración con la Administración hidráulica en la realización de actividades de apoyo, en el marco de las funciones y competencias atribuidas a las entidades habilitadas por la Orden TED/739/2025, y conforme a los protocolos técnicos y procedimientos que se desarrollen para su aplicación.

3. Las actividades de inspección se llevarán a cabo conforme a lo previsto en la Orden TED/739/2025, en particular respecto a las actividades recogidas en su Anexo I, y de acuerdo con los protocolos técnicos de desarrollo que complementan la Orden. Estas actividades se ejecutarán cumpliendo los requisitos de acreditación aplicables a los organismos de inspección, establecidos en la UNE-EN ISO/IEC 17020, garantizando así la competencia técnica de la entidad para la realización de inspecciones.

4. Hasta la aprobación de los protocolos técnicos previstos en la Orden TED/739/2025, las actividades de inspección podrán ejecutarse conforme a la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de 23 de octubre de 2013, siempre que estén debidamente documentadas de acuerdo con lo establecido en dicha Instrucción.

La ECAH está obligada a mantener las condiciones que justifican la renovación del título, conforme a lo dispuesto en la Orden TED/739/2025.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de reposición sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Ana Isabel González Abadías. *Jefa de Servicio. Área de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas*

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

LABORATORIO DE ALMERÍA (ALMERÍA)

MUESTREO. MATRIZ: Aguas continentales

DESTINO DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
Análisis Físico-Químico	Puntual	LAB 1-00-01. Pagina 31
Análisis Microbiológico	Puntual	LAB 1-00-01. Pagina 31

MUESTREO. MATRIZ: Aguas residuales

DESTINO DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
Análisis Físico-Químico	Compuesta en función del tiempo	LAB 4-00-01. Pagina 31
Análisis Físico-Químico	Puntual	LAB 1-00-01. Pagina 31
Análisis Microbiológico	Puntual	LAB 1-00-01. Pagina 31

ENSAYOS. MATRIZ: Aguas continentales

CATEGORÍA 1.- PROPIEDADES GLOBALES Y FÍSICAS

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN		PROCEDIMIENTO ACREDITADO
ALCALINIDAD	Electrometría	10	mg CaCO3/L	LAB 1-03-53. Pagina 11
BICARBONATOS	Electrometría	6	mg HCO3/L	LAB 1-03-53. Pagina 11
CARBONATOS	Electrometría	3	mg CO3/L	LAB 1-03-53. Pagina 11
COLOR	Espectrofotometría de absorción molecular	5	mg Pt-Co/L	LAB 1-03-04. Pagina 12
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC	Electrometría	15	µS/cm	LAB 1-03-02. Pagina 11
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC "IN SITU"	Electrometría	20	µS/cm	LAB 4-03-02. Pagina 28
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	Electrometría	0,5	mg O2/L	LAB 4-03-03. Pagina 28

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
PH	Electrometría	1 ud pH	LAB 1-03-01. Pagina 11
PH "IN SITU"	Electrometría	1 ud pH	LAB 4-03-01. Pagina 28
SOLIDOS EN SUSPENSION	Gravimetría	5 mg/L	LAB 1-03-34. Pagina 11
TEMPERATURA "IN SITU"	Termometría	5 ºC	LAB 4-03-04. Pagina 28
TURBIDEZ	Turbidimetría	0,5 UNT	LAB 1-03-08. Pagina 11

CATEGORÍA 2.- METALES Y METALOIDES

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
ALUMINIO	Espectrofotometría de plasma	25 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
ANTIMONIO	Espectrofotometría de plasma	1 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
ARSENICO	Espectrofotometría de plasma	1 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
BORO	Espectrofotometría de plasma	100 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
CADMIO	Espectrofotometría de plasma	1 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
CALCIO	Espectrofotometría de plasma	0,5 mg/L	LAB 1-02-18. Pagina 13
COBRE	Espectrofotometría de plasma	10 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
CROMO	Espectrofotometría de plasma	1 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
HIERRO	Espectrofotometría de plasma	10 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
MAGNESIO	Espectrofotometría de plasma	0,5 mg/L	LAB 1-02-18. Pagina 13
MANGANESO	Espectrofotometría de plasma	1 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
MERCURIO	Espectrofotometría de plasma	0,2 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
NIQUEL	Espectrofotometría de plasma	1 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
PLOMO	Espectrofotometría de plasma	1 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
POTASIO	Espectrofotometría de plasma	0,5 mg/L	LAB 1-02-18. Pagina 13
SODIO	Espectrofotometría de plasma	0,5 mg/L	LAB 1-02-18. Pagina 13
ZINC	Espectrofotometría de plasma	25 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12

CATEGORÍA 3.- CONSTITUYENTES INORGÁNICOS NO METÁLICOS

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
AMONIACO NO IONIZADO	Cálculo	0,01 mg NH3/L	LAB 1-03-97. Pagina 18
AMONIO	Espectrofotometría de absorción molecular	0,1 mg NH4/L	LAB 1-03-97. Pagina 12
BROMUROS	Cromatografía iónica	0,4 mg/L	LAB 1-01-14. Pagina 13
CIANUROS TOTALES	Espectrofotometría de absorción molecular	5 µg/L	LAB 1-04-01. Pagina 12
CLORO COMBINADO "IN SITU"	Cálculo	0,07 mg HClO/L	LAB 4-03-06. Pagina 28
CLORO LIBRE "IN SITU"	Espectrofotometría de absorción molecular	0,07 mg HClO/L	LAB 4-03-06. Pagina 28
CLORO TOTAL "IN SITU"	Espectrofotometría de absorción molecular	0,07 mg HClO/L	LAB 4-03-06. Pagina 28
CLORUROS	Cromatografía iónica	2,5 mg/L	LAB 1-01-14. Pagina 13
FLUORUROS	Cromatografía iónica	400 µg/L	LAB 1-01-14. Pagina 13
FOSFATOS	Cromatografía iónica	2,5 mg PO4/L	LAB 1-01-14. Pagina 13
FOSFORO TOTAL	Espectrofotometría de absorción molecular	0,1 mg P/L	LAB 1-04-04. Pagina 12
NITRATOS	Cromatografía iónica	2,5 mg NO3/L	LAB 1-01-14. Pagina 13
NITRITOS	Cromatografía iónica	0,4 mg NO2/L	LAB 1-01-14. Pagina 13
NITRITOS	Espectrofotometría de absorción molecular	0,02 mg NO2/L	LAB 1-03-16. Pagina 12
NITROGENO TOTAL	Electrometría	0,7 mg N/L	LAB 1-03-117. Pagina 11

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
SELENIO	Espectrofotometría de plasma	3 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 12
SULFATOS	Cromatografía iónica	2,5 mg/L	LAB 1-01-14. Pagina 13

CATEGORÍA 4.- INDICADORES GLOBALES DE CONTAMINACIÓN ORGÁNICA

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
CARBONO ORGANICO DISUELTO	Espectrofotometría infrarroja	5 mg/L	LAB 1-03-65. Pagina 12
CARBONO ORGANICO TOTAL	Espectrofotometría infrarroja	5 mg/L	LAB 1-03-65. Pagina 12
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	Manometría	5 mg O2/L	LAB 1-03-28. Pagina 11
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	Espectrofotometría de absorción molecular	15 mg O2/L	LAB 1-03-23. Pagina 12
INDICE DE PERMANGANATO	Volumetría	0,5 mg O2/L	LAB 1-03-31. Pagina 11
TENSOACTIVOS ANIONICOS	Espectrofotometría de absorción molecular	0,05 mg LAS/L	LAB 1-04-03. Pagina 12

CATEGORÍA 5.- COMPUESTOS ORGÁNICOS INDIVIDUALES

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
1,1,1-TRICLOROETANO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
1,2,3-TRICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	0,1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
1,2,4-TRICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	0,1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
1,2-DICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
1,2-DICLOROETANO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
1,3,5-TRICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	0,1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
1,3-DICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
1,4-DICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
2,4-D (AC. 2,4-DICLOROFENOXIACETICO)	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
2-ETILTOLUENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
ACETAMIPRID	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
ACIDO 4-CLORO-2-METILFENOXIACETICO (MCPA)	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
ACLONIFENO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
ACRILAMIDA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,03 µg/L	LAB 1-01-36. Pagina 16
ALACLORO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
ALDRINA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
ALFA-ENDOSULFAN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
ALFA-HCH	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
AMETRINA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
ANTRACENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
ATRAZINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
ATRAZINA DESETIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
ATRAZINA DESISOPROPIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
AZOXISTROBIN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
BENALAXIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
BENCENO	Cromatografía de gases	0,5 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
BENFLURALINA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
BENSULFURON METIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
BENTIOCARB	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
BENZO(A)ANTRACENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
BENZO(A)PIRENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
BENZO(B)FLUORANTENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
BENZO(C)FLUORENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
BENZO(G,H,I)PERILENO	Cromatografía de gases	0,0014 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
BENZO(J)FLUORANTENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
BENZO(K)FLUORANTENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
BETA-ENDOSULFAN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
BETA-HCH	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
BIFENTRIN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
BROMODICLOROMETANO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
BROMOFORMO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
BROMOFOS	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
BROMOFOS ETIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
BROMOPROPILATO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
CADUSAFOS	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
CARBARIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
CARBOFURANO	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
CIANACINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
CIBUTRINA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
CIFLUTRIN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
CIPERMETRINA (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA+TETA+ZETA)	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
CIPRODINIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
CLODINAFOP-PROPAGIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
CLORDANO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
CLORFENVINFOS	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
CLORIDAZONA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
CLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
CLORPIRIFOS	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
CLORPIRIFOS METIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
CLORTAL DIMETIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
CLOTIANIDINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
CRISENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
CUMAFOS	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
DELTA-HCH	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
DELTAMETRINA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
DIAZINON	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
DIBROMOCLOROMETANO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
DICLOFENTION	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
DICLORAN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
DIELDRINA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
DIFENOCONAZOL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
DIFLUBENZURON	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
DIFLUFENICAN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
DIMETOATO	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
DIMETOMORF	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
DIURON	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
ENDO-EPOXIDO DE HEPTACLORO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
ENDOSULFAN ETER	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
ENDOSULFAN SULFATO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
ENDRINA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
ENDRINA ALDEHIDO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
ENDRINA CETONA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
EPOXICONAZOL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
ESTIRENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
ETILBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
ETOFENPROX	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
ETOFUMESATO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
ETOPROFOS	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
ETRIMFOS	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
FENARIMOL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
FENCLORFOS	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
FENITROTION	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
FENPROPATRIN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
FLUCITRINATO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
FLUDIOXONIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
FLUORANTENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
FLUSILAZOL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
FOSALONE	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
HEPTACLORO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
HEPTENOFOS	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	Cromatografía de gases	0,5 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
HEXACLOROBENCENO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
HEXACONAZOL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
IMAZALIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
IMAZAMETABENZOMETIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
IMAZAPIR	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	Cromatografía de gases	0,0014 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
IOXINIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
IPROVALICARB	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
IPROVALICARB	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
ISOPROTURON	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
KRESOXIM METIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
LAMBDA CIHALOTRIN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
LENACILO	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
LINDANO (GAMMA-HCH)	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
LINURON	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
MALATION	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
MECOPROP (MCPP)	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
MEPANIPIRIMA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
METALAXIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
METAMITRONA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
METAZACLORO	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
METIDATION	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
METOBROMURON	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
METOLACLORO	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
METOMILO	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
METOXURON	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
METRIBUZINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
MEVINFOS	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
MICLOBUTANILO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
MIREX	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
MONOLINURON	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
NAFTALENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
NICOSULFURON	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
NUARIMOL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
O,P'-DDD	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
O,P'-DDE	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
OMETOATO	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
OXADIAZON	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
OXADIXIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
OXAMILO	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
OXIFLUORFEN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
O-XILENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
P,P'-DDE	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
PARATION ETIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
PARATION METIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
PENCONAZOL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
PENDIMETALIN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 13
PENTACLOROBENCENO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
PERMETRINA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
PIPERONIL BUTOXIDO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
PIRAZOFOS	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
PIRENO	Cromatografía de gases	0,003 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 16
PIRIDABEN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
PIRIMETANIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
PIRIMICARB	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
PIRIMIFOS METIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
PIRIPROXIFEN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
PROCIMIDONA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
PROCLORAZ	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
PROMETRINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
PROPANIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
PROPAQUIZAFOP	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
PROPAZINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
PROPICONAZOL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
PROPIZAMIDA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 17
QUINALFOS	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
QUINMERAC	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
QUINOMETIONATO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
QUINOXIFENO	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
QUINTOCEN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
QUIZALOFOP ETIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
SEBUTILAZINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
SIMAZINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
SIMETRINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
SULFOTEP	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
SUMA M+P XILENO	Cromatografía de gases	2 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
TEBUCONAZOL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
TEBUFENPIRAD	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
TEBUTAM	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TELODRIN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
TEPRALOXIDIM	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TERBUMETON DESETIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TERBUMETONA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TERBUTILAZINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TERBUTILAZINA DESETIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
TERBUTRINA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
TETRACLOROETILENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
TETRACLORURO DE CARBONO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
TETRACONAZOL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
TETRADIFON	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
TIABENDAZOL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TIACLOPRID	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TIAMETOXAM	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TIFENSULFURON METIL	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TOLCLOFOS METIL	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
TOLUENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
TRIADIMEFON	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
TRIASULFURON	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TRICLOROETILENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
TRICLOROMETANO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 15
TRIETAZINA	Cromatografía líquida de alta resolución	0,025 µg/L	LAB 1-01-11. Pagina 18
TRIFLURALINA	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14
VINCLOZOLIN	Cromatografía de gases	0,025 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 14

CATEGORÍA 6.- ENSAYOS DE MICROBIOLOGÍA

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
COLIFORMES TOTALES	Cultivo y recuento por NMP	UNE-EN ISO 9308-2. Pagina 26
ESCHERICHIA COLI	Cultivo y recuento por NMP	UNE-EN ISO 9308-2. Pagina 26
SALMONELA	Investigación	LAB 2-02-19. Pagina 26

ENSAYOS. MATRIZ: Aguas residuales

CATEGORÍA 1.- PROPIEDADES GLOBALES Y FÍSICAS

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
COLOR	Espectrofotometría de absorción molecular	5 mg Pt-Co/L	LAB 1-03-04. Pagina 19
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC	Electrometría	150 µS/cm	LAB 1-03-02. Pagina 19
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC "IN SITU"	Electrometría	20 µS/cm	LAB 4-03-02. Pagina 29
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	Electrometría	0,5 mg O2/L	LAB 4-03-02. Pagina 29
PH	Electrometría	1 ud pH	LAB 1-03-01. Pagina 19
PH "IN SITU"	Electrometría	1 ud pH	LAB 4-03-01. Pagina 29
SOLIDOS EN SUSPENSION"	Gravimetría	5 mg/L	LAB 1-03-34. Pagina 19
TEMPERATURA "IN SITU"	Termometría	5 ºC	LAB 4-03-04. Pagina 29
TURBIDEZ	Turbidimetría	0,5 UNT	LAB 1-03-08. Pagina 19

CATEGORÍA 2.- METALES Y METALOIDES

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
ANTIMONIO	Espectrofotometría de plasma	10 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20
ARSENICO	Espectrofotometría de plasma	10 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20
BORO	Espectrofotometría de plasma	1000 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
CADMIO	Espectrofotometría de plasma	10 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20
COBRE	Espectrofotometría de plasma	100 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20
CROMO	Espectrofotometría de plasma	10 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20
HIERRO	Espectrofotometría de plasma	100 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20
MANGANESO	Espectrofotometría de plasma	10 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20
MERCURIO	Espectrofotometría de plasma	2 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20
NIQUEL	Espectrofotometría de plasma	10 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20
PLOMO	Espectrofotometría de plasma	10 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20
ZINC	Espectrofotometría de plasma	250 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20

CATEGORÍA 3.- CONSTITUYENTES INORGÁNICOS NO METÁLICOS

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
AMONIACO NO IONIZADO	Cálculo	0,01 mg NH3/L	LAB 1-03-97. Pagina 22
AMONIO	Espectrofotometría de absorción molecular	0,1 mg NH4/L	LAB 1-03-97. Pagina 19
CIANUROS TOTALES	Espectrofotometría de absorción molecular	5 µg/L	LAB 1-04-01. Pagina 20
CLORO COMBINADO "IN SITU"	Cálculo	0,07 mg HClO/L	LAB 4-03-06. Pagina 29
CLORO LIBRE "IN SITU"	Espectrofotometría de absorción molecular	0,07 mg HClO/L	LAB 4-03-06. Pagina 29
CLORO TOTAL "IN SITU"	Espectrofotometría de absorción molecular	0,07 mg HClO/L	LAB 4-03-06. Pagina 29
FOSFORO TOTAL	Espectrofotometría de absorción molecular	0,1 mg P/L	LAB 1-04-04. Pagina 20
NITRITOS	Espectrofotometría de absorción molecular	0,02 mg NO2/L	LAB 1-03-16. Pagina 19
NITROGENO KJELDAHL	Volumetría	1 mg N/L	LAB 1-03-29. Pagina 19

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
NITROGENO TOTAL	Electrometría	0,7 mg N/L	LAB 1-03-117. Pagina 19
SELENIO	Espectrofotometría de plasma	50 µg/L	LAB 1-02-13. Pagina 20

CATEGORÍA 4.- INDICADORES GLOBALES DE CONTAMINACIÓN

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
ACEITES Y GRASAS	Espectroscopía infrarroja	1 mg/L	LAB 1-03-122. Pagina 20
ACEITES Y GRASAS	Gravimetría	5 mg/L	LAB 1-03-17. Pagina 19
CARBONO ORGANICO DISUELTO	Espectrofotometría infrarroja	5 mg/L	LAB 1-03-65. Pagina 20
CARBONO ORGANICO TOTAL	Espectrofotometría infrarroja	5 mg/L	LAB 1-03-65. Pagina 20
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	Manometría	5 mg O2/L	LAB 1-03-28. Pagina 19
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	Espectrofotometría de absorción molecular	15 mg O2/L	LAB 1-03-23. Pagina 19
TENSOACTIVOS ANIONICOS	Espectrofotometría de absorción molecular	0,05 mg LAS/L	LAB 1-04-03. Pagina 20

CATEGORÍA 5.- COMPUESTOS ORGÁNICOS INDIVIDUALES

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
1,1,1-TRICLOROETANO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
1,2,3-TRICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
1,2,4-TRICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
1,2-DICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
1,2-DICLOROETANO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
1,3,5-TRICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
1,3-DICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
1,4-DICLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
5-METILCRISENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 21
ALACLORO	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-03-117. Pagina 19
ALFA-ENDOSULFAN	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
ALFA-HCH	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
ANTRACENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
BENALAXIL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
BENCENO	Cromatografía de gases	0,5 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
BENZO(A)ANTRACENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
BENZO(A)PIRENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
BENZO(B)FLUORANTENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
BENZO(C)FLUORENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
BENZO(G,H,I)PERILENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
BENZO(J)FLUORANTENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
BENZO(K)FLUORANTENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
BETA-ENDOSULFAN	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
BETA-HCH	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
BROMODICLOROMETANO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
BROMOFORMO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
BROMOPROPILATO	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
CLODINAFOP-PROPAGIL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
CLORFENVINFOS	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
CLOROBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
CLORPIRIFOS	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
CLORPIRIFOS METIL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
DELTA-HCH	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
DIAZINON	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
DIBROMOCLOROMETANO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
DICLORAN	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
DIELDRINA	Cromatografía de gases	0,02 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
DIFLUFENICAN	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
ENDOSULFAN ETER	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
ENDOSULFAN SULFATO	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
ENDRINA	Cromatografía de gases	0,02 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
ENDRINA ALDEHIDO	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
EPOXIDO DE HEPTACLORO	Cromatografía de gases	0,02 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
ETILBENCENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
ETION	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
ETRIMFOS	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
FENARIMOL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
FENITROTION	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
FENPROPATRIN	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
FLUDIOXONIL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
FLUORANTENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
HEPTACLORO	Cromatografía de gases	0,02 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	Cromatografía de gases	0,5 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
HEXACLOROBENCENO	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
HEXACONAZOL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
HIDROCARBUROS	Espectroscopía infrarroja	1 mg/L	LAB 1-03-122. Pagina 20
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	Cromatografía de gases	0,005 µg/L	LAB 1-01-02. Pagina 20
KRESOXIM METIL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
LINDANO (GAMMA-HCH)	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
MALATION	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
METIDATION	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
NUARIMOL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
OXIFLUORFEN	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
O-XILENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
P,P'-DDE	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
PARATION ETIL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
PARATION METIL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
PENDIMETALIN	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
PENTACLOROBENCENO	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
PIPERONIL BUTOXIDO	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
PIRAZOFOS	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
PIRIMETANIL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

ANEXO I: ENSAYOS CERTIFICABLES

Expediente: EC 122/1 rev.11
ECAH: TENTAMUS LAB, S.L.U.

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
PIRIMIFOS METIL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
PROCIMIDONA	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
PROPICONAZOL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
QUINALFOS	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
QUINOMETIONATO	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
QUIZALOFOP ETIL	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
SULFOTEP	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
SUMA M+P XILENO	Cromatografía de gases	2 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
TERBUTRINA	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
TETRACLOROETILENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
TETRACLORURO DE CARBONO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
TOLUENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
TRIADIMEFON	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
TRICLOROETILENO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
TRICLOROMETANO	Cromatografía de gases	1 µg/L	LAB 1-01-03. Pagina 21
TRIFLURALINA	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22
VINCLOZOLIN	Cromatografía de gases	0,05 µg/L	LAB 1-01-01. Pagina 22

CATEGORÍA 6.- ENSAYOS DE MICROBIOLOGÍA

ENSAYO	PRINCIPIO DEL MÉTODO	PROCEDIMIENTO ACREDITADO
COLIFORMES TOTALES	Cultivo y recuento por NMP	UNE-EN ISO 9308-2. Pagina 27
ESCHERICHIA COLI	Cultivo y recuento por NMP	UNE-EN ISO 9308-2. Pagina 27

CSV : GEN-e479-71d6-f73c-b078-78ea-8cc4-18dd-0d97
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : ANA ISABEL GONZALEZ ABADIAS | FECHA : 20/10/2026 10:00 | Sin acción específica